



Bundesamt für  
Sicherheit im  
Gesundheitswesen  
**BASG**

**(BITTE DEN BEIGEFÜGTEN TEXT UNVERÄNDERT WEITERSENDEN!)  
DRINGEND!**

Landeshauptleute, Landessanitätsdirektionen,  
Österreichische Apothekerkammer,  
Österreichische Ärztekammer, Landesärztekammern,  
Universitätskliniken,  
Krankenanstalten / Anstaltsapotheken etc.

**Datum:** 24.10.2023  
**Kontakt:** DI Christian Taylor  
**Tel:** +43 505 55-36438, **Fax:** -36409  
**E-Mail:** [medizinprodukte@basg.gv.at](mailto:medizinprodukte@basg.gv.at)  
**Unser Zeichen:** 3597720-006

---

### **Sicherheitsinformation des Herstellers Medtronic zum Medizinprodukt: „McGRATH MAC Video-Laryngoskop“**

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen teilt mit:

Der Hersteller Medtronic hat aufgrund gestohlener und in weiterer Folge illegal in Verkehr gebrachter, nicht konformer Medizinprodukte des Typs „McGRATH MAC Video-Laryngoskop“ die beiliegende Sicherheitsinformation veröffentlicht. Diese ist auch auf der [Website des BASG](#) einsehbar unter der Rubrik [Markbeobachtung / Amtliche Nachrichten/ Medizinprodukte](#), Artikel:

[„Der Hersteller Medtronic hat aufgrund gestohlener und in weiterer Folge illegal in Verkehr gebrachter, nicht konformer Medizinprodukte des Typs „McGRATH MAC Video-Laryngoskop“ die folgende Sicherheitsinformation veröffentlicht.“](#)

Das BASG ersucht um Beachtung der Sicherheitsinformation und empfiehlt grundsätzlich dringend, Medizinprodukte ausschließlich über vertrauenswürdige Vertriebskanäle zu beziehen.

Für Rückfragen beim BASG stehen Ihnen folgende Kontaktpersonen zur Verfügung:

Fachliche Anfragen zur Sicherheitsinformation: DI Christian Taylor, +43 (0) 505 55-36438,  
[medizinprodukte@basg.gv.at](mailto:medizinprodukte@basg.gv.at)

Medizinische Anfragen: Dr. Christoph Baumgärtel, +43 (0) 505 55-36004,  
[christoph.baumgaertel@ages.at](mailto:christoph.baumgaertel@ages.at)



Bundesamt für  
Sicherheit im  
Gesundheitswesen  
**BASG**

Der Empfängerkreis dieses Schreibens wird ersucht, alle in Ihrem Wirkungsbereich notwendigen Kommunikationsmaßnahmen zu treffen.

Für das Bundesamt:  
Dr. Ronald Bauer

Bauer Ronald  
am 24.10.2023