

## CPA-Masken im Pflege- und Sozialbereich: Zusammenfassung und aktueller Stand (23. November 2020)

Besonders herausfordernde Situationen zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass es auch besonderer Lösungen bedarf, um sie zu meistern. Aufgrund der Krisensituation, die durch die COVID-19 Pandemie hervorgerufen wurde, bestand in Österreich ein dramatisch erhöhter Bedarf nach persönlichen Schutzausrüstungen (PSA). Vor dem Hintergrund der angespannten Weltmarktsituation war es in den vergangenen Monaten unvermeidbar, auch Schutzmasken ohne CE-Kennzeichnung für die flächendeckende Versorgung der Mitarbeiter\*innen im Sozialbereich, von chinesischen Exporteuren zu erwerben. Dabei stand und steht die Qualitätssicherung der beschafften Produkte jedoch stets an erster Stelle.

Um auch den Pflege- und Sozialbereich mit dringend notwendigen Atemschutzmasken ausstatten zu können, wurde über den Sommer ein Kontingent von 10 Mio. Stück CPA-zertifizierter Atemschutzmasken auf Bundesebene beschafft und verteilt.

Die gegenständlichen Atemschutzmasken wurden gemäß dem allgemein gültigen „Prüfgrundsatz für Corona-Virus Pandemie Atemschutzmasken (CPA)“ für das Inverkehrbringen in Österreich vom Bund (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen - „BEV“) in zwei Prüfvorgängen im Mai und Juni 2020 getestet und danach durch das Institut für Ökologie Technologie Innovation GmbH („ÖTI“) zertifiziert. Für diese Prüfungen wurde vom BEV die erforderliche Anzahl an Stichproben gezogen. Nach den Untersuchungen dieser Stichprobe wurde bestätigt, dass die Atemschutzmasken mit der Produktionslosnummer SC20200040 jedenfalls die Anforderungen an die CPA-Masken erfüllen.

Am 19. November 2020 wurde das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz von Seiten eines Bundeslands über die Bedenken eines Trägers aus dem Pflege- und Sozialbereich in Hinblick auf die Qualität der verteilten Masken informiert.

Im Zuge der nunmehr nach Bekanntwerden der Bedenken veranlassten erneuten Prüfung dieser Atemschutzmasken musste durch das BEV festgestellt werden, dass es innerhalb der gleichen Charge offensichtlich Atemschutzmasken mit anderen Produktionslosnummern gibt, bei denen bei der Prüfung ihrer Durchlässigkeit unzulässige Abweichungen vom „Prüfgrundsatz für Coronavirus-Pandemie Atemschutzmasken (CPA)“ nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden können.

Diese Angelegenheit wird aktuell einer umfassenden Prüfung unterzogen. Bis zum Vorliegen des Ergebnisses dieser Überprüfung wird empfohlen, Atemschutzmasken dieser Charge, welche **nicht** die Produktionslosnummer SC20200040 aufweisen, vorerst nur als Mund-Nasen-Schutz zu verwenden.

Der Bund hat den betroffenen Institutionen bereits seine Unterstützung durch die Bereitstellung von rund drei Millionen zusätzlichen CPA-Masken zugesagt. Bereits in den nächsten Tagen ergehen die ersten Lieferungen aus dem Zentrallager an die Bundesländer. Zusätzlich hat die Bundesbeschaffung GmbH weitere Unterstützung bei der Beschaffung von CPA-zertifizierten Atemschutzmasken zugesagt.

# 合格证

产品名称：自吸过滤式防颗粒呼吸器  
产品型号：SCM-01  
产品规格：156mmX104mm  
主要材料：60%无纺布+40%熔喷布  
执行标准：GB 2626-2006  
包装规格：5个/袋  
生产日期：见包装封口处  
生产批号：9C20200040  
保质期：24个月  
等级：合格品  
生产商：双驰实业股份有限公司  
生产地址：福建省莆田市荔城区特办办事处下店  
检验员：03  
适用范围：适用于防护各类颗粒物

